

## Liste des réactifs non fournis et du matériel nécessaire test LymphoTranscript

### 1. Réactifs non fournis

Réactifs	Fournisseurs et références
Invitrogen™ M-MLV Reverse Transcriptase (200U/μL)	Fisher Scientific, ref 10338842
Invitrogen™ dNTPs set (100mM)	Fisher Scientific, ref 10083252
Invitrogen™ Random Primers	Fisher Scientific, ref 10646313
SALSA MLPA Buffer (180 μL)	MRC Holland, ref SMR33
SALSA Ligase Buffer A (360 μL)	MRC Holland, ref SMR12
SALSA Ligase Buffer B (360 μL)	MRC Holland, ref SMR13
SALSA Ligase-65 (115 μL)	MRC Holland, ref SMR20
Q5® Hot Sart High-Fidelity 2X Master Mix	New England BioLabs, ref M0494
AMPure XP (Billes magnétiques)	Beckman Coulter, ref A63880
Qubit® dsDNA HS Assay Kit	Fisher Scientific, ref 10616763
Réactifs de séquençage	Illumina
Tampon TE (10 mM Tris-Acetate pH 8.0, 1 mM EDTA)	Variable
Ethanol 100%	Variable
NaOH 1 N	Variable
Eau Nuclease Free	Variable

### 2. Matériel nécessaire

Matériel	Fournisseurs et références
Thermocycleur en zone pré-PCR	Variable
Thermocycleur en zone post-PCR	Variable
Qubit® Fluorometer (ou équivalent)	Thermo Fisher Scientific, ref Q33238
Qubit® Assay Tubes	Fisher Scientific, ref 12037609
DynaMag™-96 Side Magnet - Plaque aimantée (purification AMPure XP)	Thermo Fisher Scientific, ref 12331D
Tubes et plaques PCR 200 μL	Variable